



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUTCH-T
rev.01

Instrução de USO RDC185/01

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Tubos

Nome Comercial: Tubo Corrugado

Modelos: 1410, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1510, 1516, 1517, 1518, 1528, 1680

Nº do Cadastro na ANVISA: 10342600049

Reprocessamento Proibido

Prazo de Validade: 05 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso

Não estéril

Fotos



Indicação de Uso/Finalidade

O Tubo Corrugado é um tubo claro, descartável e com diâmetro largo.

A finalidade do tubo corrugado é servir de ligação entre o equipamento e a interface do paciente com o objetivo de condução dos gases.

O conector de 22mm permite que o tubo seja utilizado na maioria dos dispositivos de terapia respiratória.

Modo de Uso

- Conectar uma das extremidades do tubo corrugado ao equipamento ligado a fonte;
- Conectar a outra extremidade à interface do paciente;
- Descartar após o uso.



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

IUTCH-T
rev.01

Instrução de USO RDC185/01

Componentes e Composição

Tubo corrugado: PVC

Produto sem látex.

Condições de Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições para o Transporte

Transportar à temperatura ambiente, em local seco, arejado e ao abrigo da luz natural.

Condições de Manipulação

N/A

Advertências

- Os produtos foram concebidos para uso único, não devendo, por isso, ser limpos ou reutilizados.

Precauções

Certifique-se que todas as conexões estejam seguras.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 - Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: Teleflex Medical; 2917 Week Drive, Research Triangle Park, NC 27709 – EUA.